



Municipio Autónomo de San Juan

Gobierno de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan | **Secretaría Municipal**

DIVISIÓN DE SUBASTAS

27 de septiembre de 2021

A D D E N D U M #2

Solicitud de Propuestas RFP-2022-001 "Servicios de Inspección y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos Biomédicos del Departamento de Salud de San Juan"

Como parte del Addendum #2 se incorpora la siguiente información:

1. Se notifica preguntas sometidas por los licitadores: Olympus, Horizon Enterprises, Medical Bionics y respuestas emitidas por el Departamento de Salud de San Juan.
2. Les recordamos que la fecha final de entrega de propuestas y Acto de Apertura está pausada para el jueves, 30 de septiembre de 2021 en o antes de las 10:00 a.m.

Este documento forma parte inherente de esta Subasta y debe ser sometido junto con su oferta. Todos los demás requerimientos y los requisitos de los documentos quedan inalterados y prevalecen en todas sus partes.

La omisión de los licitadores en tomar nota de este "Addendum" o de otro posterior, no lo releva de responsabilidad de cumplir con todas las condiciones aquí establecidas y puede constituir una informalidad en la Subasta que pueda estar sujeta a descalificación.

Atentamente;


Noel Mercado Delgado
Secretario Municipal

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____



Departamento de Salud Municipio Autónomo de San Juan

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

23 de septiembre de 2021.

James Delgado
Oficial de Subastas
Subastas MSJ
Torre de Gobierno

Heana Prieto-Roig
Compras y Subastas
Salud MSJ

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra administración. La presente misiva es para contestar las preguntas de los licitadores del RFP 2022-001 Servicios de Inspección, mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos del Departamento de Salud de la Capital.

A continuación, detallamos información que debe ser añadida dentro de las cartas de contestación a los licitadores:

Olympus

En su comunicación usted habla de los adquiridos recientemente por el Hospital Municipal, necesitamos nos indique si los equipos enviados en su comunicación están conforme a la orden de compra HOM-20212065, con fecha de 29 de diciembre de 2020, los equipos sonograma endoscopio y sonograma endotraqueal para las áreas de gastroenterología y neumología, estos con una garantía de dos (2) años según orden de compra.

CF-HQ190L
CLV-206
CV-206
GIF-HQ206
OER-PRO
OFP-2
EU-ME2
PREMIERPLUS
IS2027RU

En adición queremos conocer si usted tiene conocimiento del estatus de otros 20 equipos relacionados a Olympus Corporation que existen en el Hospital Municipal ya que no los menciona en su comunicación (ver listado adjunto)

Horizon Enterprises

Nos parece excelente que el licitador como valor añadido solicite autorización para realizar inspección no solo de los equipos sino también de los receptáculos y áreas donde están ubicados para determinar la protección eléctrica que necesitan los equipos.

Además, le notificamos que el proceso de reparación del sistema de agua potable en CDT Oliveras Guerra, Sabana Llana se resolvió por lo cual el licitador puede pasar a su visita de inspección y reconocimiento de los equipos del área Dental.

Medical Biotronics

1. En la sección III "servicios Requeridos", pagina 6 de 13, punto numero 10:
 - a. ¿El ingeniero solicitado, debe ser de que especialidad?

Contestación a pregunta:

Según la Organización Mundial de Salud, un programa de mantenimiento de equipos médicos debe contar con un Ingeniero clínico o biomédico cuya función será la administración, mantenimiento, especializado, supervisión, evaluación de las necesidades, planificación y capacitación. De otras disciplinas relacionadas (como ingeniero eléctrico o mecánico) deben tener capacitación, certificación y experiencia en el campo de los dispositivos médicos.

2. En la sección IV "CRITERIOS NECESARIOS", pagina 9 de 13, punto L:
 - a. Qué pasa si un equipo necesita más de una pieza y la suma de todas ellas sobrepasa la cantidad de \$5,000.00 (en el caso de que no sea un kit)?

Contestación a pregunta:

En la pagina 9 de 13, punto L, se establece que el costo en el caso que no sea un kit es por pieza.

- b. Se debe fijar un tope mensual de gastos en piezas, por ejemplo; se limita el gasto de piezas a \$5,000.00 mensuales (por decir un número), esto facilita el calcular los costos mensuales del servicio.

Contestación a pregunta:

No podemos predecir que cantidad de equipos o piezas podrían ser reemplazadas en un mes por lo cual no podemos establecer un tope.

- c. Cuando dice accesorios, que accesorios están incluyendo?

Accesorios se refiere a todos componentes que el equipo necesite para funcionar en perfectas condiciones, garantizando a la seguridad del paciente y empelados.

3. En la sección A "PROPUESTA ECONOMICA", pagina 12 de 13, ANEJO A PROPUESTA ECONOMICA
 - a. Se pide desglosar el costo de los servicios por facilidad, es intención de Municipio generar un contrato para cada facilidad o va a ser un contrato englobado para todas las facilidades?

Contestación a pregunta:

Solo se generará un contrato.

- b. Es intención del municipio contratar a mas de una compañía para los servicios, o una sola compañía para todas las facilidades?

Contestación a pregunta:

La intención es contratar a una sola compañía para todas las facilidades. Aunque se esta evaluando y consultando lo traído en la reunión no compulsoria de licitador exclusivo del equipo.

- c. Se puede hacer una oferta englobada para todas las facilidades?

Contestación a pregunta:

Puede presentar una oferta desglosada por facilidades según establece el pliego de subasta en las páginas 15 y 16 totalizada al final.

4. Solicitamos que la información financiera de la empresa, entiéndase estados financieros y balances de cuentas bancarias, se mantengan de manera confidencial y no se le de acceso a las demás empresas participantes.

Contestación a pregunta:

La información financiera de las empresas se mantiene de manera confidencial, solo la utiliza el comité para la evaluación de la propuesta.

5. Facilidades que el Hospital o CDT van a ofrecer para los servicios de biomédica, por ejemplo, taller de reparación, oficina, estacionamiento, comunicaciones (extensión telefónica, radio, acceso a internet, etc.)

Contestación a pregunta:

Al momento en el Hospital Municipal ofrece una oficina/taller con teléfono, debido a que el técnico biomédico esta fijo de lunes a viernes.