

29 de septiembre de 2021

## ***A D D E N D U M #4***

### **Solicitud de Propuestas RFP-2022-001 "Servicios de Inspección y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos Biomédicos del Departamento de Salud de San Juan"**

Como parte del Addendum #4 se incorpora la siguiente información:

1. Se notifica pregunta sometida por el licitador: Horizon Enterprises y respuesta emitida por el Departamento de Salud de San Juan.
2. Les recordamos que la fecha final de entrega de propuestas y Acto de Apertura está pautada para el 15 de octubre de 2021 en o antes de las 11:00 a.m.

Este documento forma parte inherente de esta Subasta y debe ser sometido junto con su oferta. Todos los demás requerimientos y los requisitos de los documentos quedan inalterados y prevalecen en todas sus partes.

La omisión de los licitadores en tomar nota de este "Addendum" o de otro posterior, no lo releva de responsabilidad de cumplir con todas las condiciones aquí establecidas y puede constituir una informalidad en la Subasta que pueda estar sujeta a descalificación.

Atentamente;



Ivonne Rodríguez Gutiérrez  
Directora Auxiliar  
División de Compras y Subastas

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_




Departamento de Salud Municipio Autónomo de San Juan

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

---

29 de septiembre de 2021.

James Delgado  
Oficial de Subastas  
Subastas MSJ  
Torre de Gobierno

  
Lcda. Maritza Vega  
Comité de Equipos Biomédicos  
Departamento de Salud

Re: Horizon Enterprises PR  
RFP 2022-001

Respuesta del Departamento de Salud Municipal a Horizon Enterprises PR según presentadas al Sr. James Delgado, Oficial de Subastas del MSJ a través de correo electrónico el 17 de septiembre de 2021.

Licitador:

"...para garantizar la correcta operación de los equipos, así como evitar daños que acarreen gastos adicionales para el Municipio de San Juan solicitamos se nos permita hacer un reconocimiento no solo de los equipos sino del área donde esté ubicado en cada centro para determinar el mejor método de protección eléctrica de los mismos. Esto redundaría en menor cantidad de reparaciones relacionadas a fluctuaciones y mayor tiempo en operación lo que finalmente resulta en ahorros en términos de costos..."

Departamento de Salud: Todo licitador que desee acudir a un *site visit* podrá solicitarlo y se autorizará a la Lcda. Maritza Vega para atender los recorridos. De igual forma, en estas visitas se validará los conectores y la parte eléctrica para cada uno de los equipos.

Licitador:

"...el CDT de Sabana Llana se encuentra pasando por un proceso de reparación de su sistema de agua potable lo que provoca que no pueda realizarse el proceso de pruebas específicamente en la sección de inspección de equipos dentales (fugas, liqueos, etc.). Se indica por parte del personal del centro que dicha situación, que permitirá contar con la presión de agua necesaria para la correcta operación del equipo y pruebas requeridas, será reparada en las próximas semanas."

Departamento de Salud: El servicio de agua fue reestablecido en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Sabana Llana.

Se ha solicitado la extensión de la fecha de entrega de propuestas para el 15 de octubre de 2021.